

# 基準圧力計検査成績表 (O.01-A)

平成 26 年 7 月 9 日  
株式会社 小谷野製作所

当社に於いて、安全弁及び圧力計の検査には下記の通り年 1 回の点検校正を行った基準圧力計を使用しています。(有効期限 平成 26 年 7 月 9 日～平成 27 年 7 月 8 日)  
又、基準圧力計に係わるトレーサビリティ証明書も添付いたします。



## 検査成績書

Form No. VSP-421C  
(本校正) Job No. 46R1306

発行日: 2014年 7月 9日

納入先:	株式会社 小谷野製作所		殿 検査日:	2014年 7月 7日	
品名:	DPゲージ	型式:	DP-330	製造番号:	304-6614-01A
製造年月:	2010年 7月	ライン名:	---	機械番号:	---
・検査環境			室温	24.3 °C	湿度 39 % RH

### 1) 校正精度検査

計測レンジ 5.0 MPa

基準圧力 MPa	指示値 (校正前) MPa	出力電圧 (校正前) VDC	指示値 (校正後) MPa	出力電圧 (校正後) VDC
0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
0.999	0.99	0.099	1.00	0.100
1.999	1.99	0.199	2.00	0.200
2.998	2.98	0.298	2.99	0.299
3.997	3.98	0.398	3.99	0.399
4.996	4.98	0.498	4.99	0.499
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
外付センサ型式:	---		S/N:	---
標準器型式:	RPM4 A70Ms-L	S/N:	673	
判定規格: ±0.25% of F.S. ±1digit				判定 良

### 2) オプション

### 3) 機能動作検査

機能動作検査	良
洩れ検査 ±0.5% of F.S.(圧力降下F.S.80%,30sec)	良
絶縁抵抗検査 DC500V 5s 10MΩ以上	良

### 備考欄

総合判定: 合格

株式会社 コスモ計器

承認者	検査責任者
	斉藤 忠夫

S3646 013629